

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3

на медичні вироби Засоби абсорбуючі кровоспинні стерильні REVUL, виконання XIV, 30 г у пакетах

Серія **030030215**Кількість **7399**Дата виготовлення **2015-02-28**Термін придатності до **2018-02**

Аналіз виконано відповідно до ТУУ 32.5-30109129-018:2014

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Жовтувато-білий порошок без сторонніх часток та забруднень	Відповідає
2	Фракційний склад	Засіб повинен бути однорідним за розміром зерна	Відповідає
	Кількість зерен діаметром більше 0,2 мм (72 меш)	Не більше 20 %	6
	Кількість зерен діаметром більше 0,02 мм (635 меш)	Не більше 30 %	1
3	Маса	Маса засобу повинна відповідати номінальній ± 10 %	Відповідає
4	Пакування	1 Відсутність дефектів зовнішньої поверхні пакування: - неоднорідність матеріалів у вигляді тріщин, розколин, інших руйнувань; - включень стороннього матеріалу; - вологи та плям.	Відповідає
		2 Індивідуальне пакування повинно бути герметичним	Відповідає
5	Маркування	Повинен відповідати вимогам ТУ У 32.5-30109129-018:2014	Відповідає
6	Стерильність	Повинен витримувати випробування на стерильність	Відповідає
7	Перевірка відповідності технологічній інструкції, типів	Повинен відповідати вимогам технологічної інструкції. Повинен бути виготовлений у типі - порошок у пакеті	Відповідає
8	Перевірка сировини та складу	Повинен бути виготовлений у 14 виконанні	Відповідає

Висновок: Засоби абсорбуючі кровоспинні стерильні REVUL, виконання XIV, 30 г у пакетах відповідають вимогам ТУУ 32.5-30109129-018:2014

Начальник ВОКЯ


 А.А. Лавренко

Уповноважена особа з якості


 Г.А. Аргатюк


23.03.2015