

Ф-09.07МВ-010



Україна,
03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10
тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1 на Матеріал перев'язувальний гемостатичний Revul® (Ревул®)

Партія 050010420

Кількість 1500

Дата виготовлення 2020-04-08

Термін придатності до 2022-03

Аналіз виконано відповідно до СП-08.04МВ-038

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Щільне неткане полотно кремового або жовтого кольору. Полотно повинно бути без видимих пошкоджень та забруднень	Відповідає
2	Ширина	Від 10,4 см до 12,0 см	Відповідає
3	Довжина	Від 180 см до 186 см	Відповідає
4	Щільність	Не менше 70 g/m ²	97,77
5	Вологість	Не більше 12 %	8,14
6	Розривне навантаження	Від 22,5 N до 27,5 N	26,78
7	Ідентифікація Хітозана	Інфрачервоний спектр повинен відповідати спектру стандартного зразку Хітозану	Відповідає
8	Цілісність первинного пакування	Пакування має бути цілісним та герметичним	Відповідає
9	Стерильність	Повинен витримувати випробування на стерильність	Відповідає
10	Маркування та пакування	Відсутність дефектів зовнішньої поверхні пакування: - неоднорідність матеріалів у вигляді розривів, інших руйнувань; - включень стороннього матеріалу; - вологи та забруднень. Маркування повинно відповідати затвердженому зразку.	Відповідає

Висновок: Матеріал перев'язувальний гемостатичний Revul® (Ревул®) відповідають вимогам СП-08.04МВ-038

Начальник ВОКЯ

Т.А. Онищенко

Керівник департаменту
контролю якості

А.А. Лавренко



28.04.2020