

Ф-09.07-010



Україна,
03680, м.Київ, вул. М.Амосова,10
тел./факс (044) 275-92-42

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 7
на медичні вироби Засоби абсорбуючі кровоспинні стерильні
REVUL, виконання XIV, 30 г у пакетах

Серія 030070315Кількість 5834Дата виготовлення 2015-03-10Термін придатності до 2018-03

Аналіз виконано відповідно до ТУУ 32.5-30109129-018:2014

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Жовтувато-білий порошок без сторонніх часток та забруднень	Відповідає
2	Фракційний склад	Засіб повинен бути однорідним за розміром зерна	Відповідає
	Кількість зерен діаметром більше 0,2 мм (72 меш)	Не більше 20 %	8
	Кількість зерен діаметром більше 0,02 мм (635 меш)	Не більше 30 %	1
3	Маса	Маса засобу повинна відповідати номінальній ± 10 %	Відповідає
4	Пакування	1 Відсутність дефектів зовнішньої поверхні пакування: - неоднорідність матеріалів у вигляді тріщин, розколин, інших руйнувань; - включень стороннього матеріалу; - вологи та плям. 2 Індивідуальне пакування повинно бути герметичним	Відповідає
5	Маркування	Повинен відповідати вимогам ТУ У 32.5-30109129-018:2014	Відповідає
6	Стерильність	Повинен витримувати випробування на стерильність	Відповідає
7	Перевірка відповідності технологічній інструкції, типів	Повинен відповідати вимогам технологічної інструкції. Повинен бути виготовлений у типі - порошок у пакеті	Відповідає
8	Перевірка сировини та складу	Повинен бути виготовлений у 14 виконанні	Відповідає


Висновок: Засоби абсорбуючі кровоспинні стерильні REVUL, виконання XIV, 30 г у пакетах відповідають вимогам ТУУ 32.5-30109129-018:2014

в. о. Начальник ВОКЯ

Т.А. Онищенко

Уповноважена особа з якості

Г.А. Аргатюк



01.04.2015